



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Florianópolis-SC, 01 de junho de 2020.

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL

Nome do material: Máscara Cirúrgica Descartável Tripla com elástico

Marca/Fornecedor: AnaDona- Amostra 04

Quantidade fornecida: 50 unidades

Indicação de uso: Proteção respiratória hospitalar

Lote: Registro (ANVISA): Não possui

CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS DURANTE A AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Considere:

- **Bom:** se o item contemplou os critérios de avaliação e possui as qualidades próprias à sua natureza e função;
- **Regular:** se houver alteração identificada, que não deteriore a qualidade própria e a função do produto;
- **Ruim:** se houver a identificação de alguma irregularidade que o produto seja inapropriado ao uso indicado.

AVALIAÇÃO

1-Procedimento realizado no teste do material:

R: Avaliação visual, leitura da ficha técnica, colocação para verificar conforto e encaixe ao rosto.

2-A quantidade de material oferecida para o teste foi suficiente? (X) sim () não

3 - Avaliação da embalagem:

3.1-Quanto a abertura:

(X) boa () regular () ruim

3.2-Quanto à especificação do produto:

(X) boa () regular () ruim



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

4 – Durante o manuseio com o material houve a identificação de irregularidades no produto?
(X) sim () não

OBS: (01) Elástico frágil, arrebenta facilmente com o simples manuseio ao colocá-la no rosto. (02) Não ficou evidenciado a presença do filtro meltblown na camada central. (03) Acabamento grosseiro na extremidade superior da máscara, o que pode gerar lesões por fricção com o uso prolongado.

5 – Durante o procedimento com o material ocorreu algum tipo de efeito indesejável?
(X) sim () não

OBS: Elástico frágil, arrebenta facilmente com o simples manuseio ao colocá-la no rosto.D

PARECER TÉCNICO

A máscara avaliada não atendeu as expectativas descritas em sua ficha técnica, gerando insegurança aos profissionais que a utilizam.

CONCLUSÃO DO TESTE REALIZADO

() Aprovado (X) Reprovado

Alessandra Cesarino da Rosa

Alessandra Cesarino da Rosa – Enfermeira do Imperial Hospital de Caridade

Aline Carla Kuhn

Aline Carla Kuhn – Enfermeira do Hospital Nereu Ramos

Thiago Alves
Thiago Alves – Engenheiro de Segurança do Trabalho – Imperial Hospital de Caridade